認 證 編 號：0742
實 驗 室 主 管：羅建盛

長度

項目代碼/校正件	最高工作標準件	校正方法	校正範圍				量測條件	最小不確定度	
	廠牌/型號	文件名稱/編號	最小值	單位	最大值	單位	說明	數值	單位
KA2003 卡尺 (數位式)	卡尺校正器 /MITUTOYO/515-555 卡尺校正器 /MITUTOYO/515-556-2	自訂之卡尺校正程序 (文件編號: OMPT-021)	0	mm	200	mm	外徑及內徑 (解析度: 0.01 mm)	0.03	mm
			0	mm	300	mm	外徑及內徑 (解析度: 0.01 mm)	0.03	mm
			0	mm	600	mm	外徑及內徑 (解析度: 0.01 mm)	0.03	mm
報告簽署人: 江明益; 連偉翔; 羅建盛; 羅皓緯									
KA2005 外徑測微器 (數位式)	塊規 /MITUTOYO/516-946 塊規 /LINKS	自訂之外徑測微器校正程序 (文件編號: OMPT-023)	0	mm	25	mm	解析度: 0.001 mm	0.002	mm
			25	mm	50	mm	解析度: 0.001 mm	0.002	mm
			50	mm	75	mm	解析度: 0.001 mm	0.002	mm
			75	mm	100	mm	解析度: 0.001 mm	0.002	mm
報告簽署人: 江明益; 連偉翔; 羅建盛; 羅皓緯									