項目代碼/校正件	最高工作標準件	校正方法	校正範圍				量測條件	最小不確定度	
	廠牌/型號	文件名稱/編號	最小值	單位	最大值	單位	說明	數值	單位
KD1004 絕對壓力錶(含遊校) 絕對壓力校正器(含遊校)	數位壓力校正器/Additel/ADT672-10-AP30-BAR-B 絕對壓力計/Additel/ADT681-10-AP100-BAR-N	自訂之壓力(真空)量測儀器校正程序(使用壓力校正器)(含遊校) (文件編號:OMPT-204)	5	kPa	200	kPa	實驗室內	0.24	kPa
			>200	kPa	700	kPa	實驗室內	0.80	kPa
			5	kPa	200	kPa	遊校	0.24	kPa
			>200	kPa	700	kPa	遊校	0.80	kPa
報告簽署人: 連偉翔; 羅建盛; 羅皓緯									
KD1004 壓力計(含遊校) 複合型壓力真空計(含遊校) 壓力校正器(含遊校) 複合型壓力真空校正器(含遊校) 密閉空間配屬壓力計(如滅菌釜)(含遊校)	數位壓力校正器/Additel/ADT673-02-GP10K-PSI-N 數位壓力校正器/Additel/ADT672-02-GP500-BAR-B 數位壓力校正器/Additel/ADT672-02-CP30-BAR-B 差壓校正器/Additel/ADT672-02-DP150-BAR 高溫/壓力記錄器/MADGETECH/PRTemp140	自訂之壓力(真空)量測儀器校正程序(使用壓力校正器)(含遊校) (文件編號:OMPT-204)	-95	kPa	< -35	kPa	實驗室內	0.058	kPa
			-35	kPa	0	kPa	實驗室內	0.012	kPa
			>0	kPa	35	kPa	實驗室內	0.012	kPa
			> 35	kPa	200	kPa	實驗室內	0.061	kPa
			> 0.2	MPa	2	MPa	實驗室內	0.90	kPa
			> 2	MPa	70	MPa	實驗室內	36	kPa
			5	kPa	500	kPa	實驗室內@密閉空間內(如滅菌釜)	0.80	kPa
			-95	kPa	< -35	kPa	遊校	0.058	kPa
			-35	kPa	0	kPa	遊校	0.012	kPa
			> 0	kPa	35	kPa	遊校	0.012	kPa

項目代碼/校正件	最高工作標準件	校正方法	校正範圍				量測條件	最小不確定度	
	廠牌/型號	文件名稱/編號	最小值	單位	最大值	單位	說明	數值	單位
KD1004 壓力計 (含遊校) 複合型壓力真空計 (含遊校) 壓力校正器 (含遊校) 複合型壓力真空校正器 (含遊校) 密閉空間配屬壓力計 (如滅菌釜) (含遊校)	數位壓力校正器 /Additel/ADT673-02-GP10K-PSI-N 數位壓力校正器 /Additel/ADT672-02-GP500-BAR-B 數位壓力校正器 /Additel/ADT672-02-CP30-BAR-B 差壓校正器 /Additel/ADT672-02-DP150-BAR 高溫/壓力記錄器 /MADGETECH/PRTemp140	自訂之壓力 (真空) 量測儀器校正程序 (使用壓力校正器) (含遊校) (文件編號: OMPT-204)	> 35	kPa	200	kPa	遊校	0.061	kPa
			> 0.2	MPa	2	MPa	遊校	1.3	kPa
			> 2	MPa	70	MPa	遊校	46	kPa
			5	kPa	500	kPa	遊校@密閉空間內 (如滅菌釜)	0.80	kPa
報告簽署人: 連偉翔; 羅建盛; 羅皓緯									
KD1004 壓力計 壓力校正器	重錘型壓力校正器 /FLUKE/P3124-1-976	自訂之壓力量測儀器校正程序 (使用活塞壓力計) (文件編號: OMPT-214)	0.1	MPa	2	MPa		0.51	kPa
			> 2	MPa	3.5	MPa		1.6	kPa
			> 3.5	MPa	70	MPa		18	kPa
報告簽署人: 連偉翔; 羅建盛; 羅皓緯									
KD1005 絕對壓力轉換器 (含遊校)	數位壓力校正器 /Additel/ADT672-10-AP30-BAR-B 絕對壓力計 /Additel/ADT681-10-AP100-BAR-N	自訂之壓力 (真空) 傳感器校正程序 (使用壓力校正器) (含遊校) (文件編號: OMPT-205)	5	kPa	200	kPa	實驗室內_有錶頭轉換器	0.24	kPa
			200	kPa	700	kPa	實驗室內_有錶頭轉換器	0.80	kPa
			5	kPa	200	kPa	實驗室內_無錶頭轉換器	0.29	kPa
			200	kPa	700	kPa	實驗室內_無錶頭轉換器	0.80	kPa
			5	kPa	200	kPa	遊校_有錶頭轉換器	0.24	kPa

項目代碼/校正件	最高工作標準件	校正方法	校正範圍				量測條件	最小不確定度	
	廠牌/型號	文件名稱/編號	最小值	單位	最大值	單位	說明	數值	單位
KD1005 絕對壓力轉換器 (含遊校)	數位壓力校正器 /Additel/ADT672-10-AP30-BAR-B 絕對壓力計 /Additel/ADT681-10-AP100-BAR-N	自訂之壓力(真空傳感器校正程序(使用壓力校正器)(含遊校) (文件編號: OMPT-205)	200	kPa	700	kPa	遊校_有錶頭轉換器	0.80	kPa
			5	kPa	200	kPa	遊校_無錶頭轉換器	0.29	kPa
			200	kPa	700	kPa	遊校_無錶頭轉換器	0.80	kPa
報告簽署人: 連偉翔; 羅建盛; 羅皓緯									
KD1005 壓力轉換器	重錘型壓力校正器 /FLUKE/P3124-1-976	自訂之壓力傳感器校正程序(使用活塞壓力計) (文件編號: OMPT-215)	0.1	MPa	2	MPa	有錶頭轉換器	0.51	kPa
			> 2	MPa	3.5	MPa	有錶頭轉換器	1.6	kPa
			> 3.5	MPa	70	MPa	有錶頭轉換器	18	kPa
			0.1	MPa	2	MPa	無錶頭轉換器	1.9	kPa
			> 2	MPa	3.5	MPa	無錶頭轉換器	3.5	kPa
			> 3.5	MPa	70	MPa	無錶頭轉換器	65	kPa
報告簽署人: 連偉翔; 羅建盛; 羅皓緯									
KD1005 壓力轉換器 (含遊校) 複合型壓力真空轉換器 (含遊校)	數位壓力校正器 /Additel/ADT673-02-GP10K-PSI-N 數位壓力校正器 /Additel/ADT672-02-GP500-BAR-B 數位壓力校正器 /Additel/ADT672-02-CP30-BAR-B 差壓校正器 /Additel/ADT672-02-DP150-BAR	自訂之壓力(真空)傳感器校正程序(使用壓力校正器)(含遊校) (文件編號: OMPT-205)	-95	kPa	< -35	kPa	實驗室內_有錶頭轉換器	0.056	kPa
			-35	kPa	0	kPa	實驗室內_有錶頭轉換器	0.011	kPa
			> 0	kPa	35	kPa	實驗室內_有錶頭轉換器	0.011	kPa
			> 35	kPa	200	kPa	實驗室內_有錶頭轉換器	0.059	kPa
			> 0.2	MPa	2	MPa	實驗室內_有錶頭轉換器	0.90	kPa
			>2	MPa	70	MPa	實驗室內_有錶頭轉換器	33	kPa
			-95	kPa	< -35	kPa	實驗室內_無錶頭轉換器	0.070	kPa
			-35	kPa	0	kPa	實驗室內_無錶頭轉換器	0.017	kPa
			> 0	kPa	35	kPa	實驗室內_無錶頭轉換器	0.023	kPa
			> 35	kPa	200	kPa	實驗室內_無錶頭轉換器	0.11	kPa
			> 0.2	MPa	2	MPa	實驗室內_無錶頭轉換器	1.1	kPa
			> 2	MPa	70	MPa	實驗室內_無錶頭轉換器	38	kPa

項目代碼/校正件	最高工作標準件	校正方法	校正範圍				量測條件	最小不確定度	
	廠牌/型號	文件名稱/編號	最小值	單位	最大值	單位	說明	數值	單位
KD1005 壓力轉換器(含遊校) 複合型壓力真空轉換器(含遊校)	數位壓力校正器 /Additel/ADT673-02-GP10K-PSI-N 數位壓力校正器 /Additel/ADT672-02-GP500-BAR-B 數位壓力校正器 /Additel/ADT672-02-CP30-BAR-B 差壓校正器 /Additel/ADT672-02-DP150-BAR	自訂之壓力(真空) 傳感器校正程序(使用壓力校正器)(含遊校)(文件編號: OMPT-205)	-95	kPa	< -35	kPa	遊校_有錶頭轉換器	0.056	kPa
			-35	kPa	0	kPa	遊校_有錶頭轉換器	0.011	kPa
			> 0	kPa	35	kPa	遊校_有錶頭轉換器	0.011	kPa
			> 35	kPa	200	kPa	遊校_有錶頭轉換器	0.059	kPa
			> 0.2	MPa	2	MPa	遊校_有錶頭轉換器	1.3	kPa
			> 2	MPa	70	MPa	遊校_有錶頭轉換器	43	kPa
			-95	kPa	< -35	kPa	遊校_無錶頭轉換器	0.070	kPa
			-35	kPa	0	kPa	遊校_無錶頭轉換器	0.017	kPa
			> 0	kPa	35	kPa	遊校_無錶頭轉換器	0.023	kPa
			> 35	kPa	200	kPa	遊校_無錶頭轉換器	0.11	kPa
			> 0.2	MPa	2	MPa	遊校_無錶頭轉換器	1.4	kPa
			> 2	MPa	70	MPa	遊校_無錶頭轉換器	48	kPa
報告簽署人: 連偉翔; 羅建盛; 羅皓緯									
KD1007 差壓計(含遊校) 差壓轉換器(含遊校)	差壓校正器 /Additel/ADT672-02-DP150-BAR	自訂之差壓量測儀器校正程序 (使用壓力校正器)(含遊校)(文件編號: OMPT-207)	-35	kPa	0	kPa	實驗室內_差壓計、有錶頭轉換器	0.012	kPa
			> 0	kPa	35	kPa	實驗室內_差壓計、有錶頭轉換器	0.012	kPa
			-35	kPa	0	kPa	實驗室內_無錶頭轉換器	0.033	kPa
			> 0	kPa	35	kPa	實驗室內_無錶頭轉換器	0.064	kPa
			-35	kPa	0	kPa	遊校_差壓計、有錶頭轉換器	0.012	kPa
			> 0	kPa	35	kPa	遊校_差壓計、有錶頭轉換器	0.012	kPa
			-35	kPa	0	kPa	遊校_無錶頭轉換器	0.033	kPa
			> 0	kPa	35	kPa	遊校_無錶頭轉換器	0.064	kPa
報告簽署人: 連偉翔; 羅建盛; 羅皓緯									

項目代碼/校正件	最高工作標準件	校正方法	校正範圍				量測條件	最小不確定度	
	廠牌/型號	文件名稱/編號	最小值	單位	最大值	單位	說明	數值	單位
KD1099 環境試驗機(鹽水噴霧試驗) 之壓力 (含遊校)	數位壓力校正器 /Additel/ADT672-02-GP500-BAR-B 數位壓力計 /Additel/ADT681-02-GP500-BAR-B	自訂之環境試驗機 (鹽水噴霧試驗-壓力部份) 校正程序 (含遊校) (文件編號: OMPT-151-2)	49.0 (0.5)	kPa (kg/cm^2)	196.1 (2.0)	kPa (kg/cm^2)	壓力	4.3 (0.044)	kPa (kg/cm^2)
報告簽署人: 連偉翔; 羅建盛; 羅皓緯									
KD2006 真空計 (含遊校) 真空轉換器 (含遊校)	數位壓力校正器 /Additel/ADT672-02-CP30-BAR-B 差壓校正器 /Additel/ADT672-02-DP150-BAR	自訂之真空量測儀器校正程序 (使用壓力校正器) (含遊校) (文件編號: OMPT-206)	-95	kPa	0	kPa	實驗室內_真空計、有錶頭轉換器	0.064	kPa
			-95	kPa	0	kPa	實驗室內_無錶頭轉換器	0.11	kPa
			-95	kPa	0	kPa	遊校_真空計、有錶頭轉換器	0.064	kPa
			-95	kPa	0	kPa	遊校_無錶頭轉換器	0.11	kPa
報告簽署人: 連偉翔; 羅建盛; 羅皓緯									